

Název dokumentu	VYSVĚTLENÍ (DOPLNĚNÍ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2
Zadavatel	ČEPRO, a.s. <i>Praha 7, Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva</i>
Název zakázky	Monitoring odpadních, pitných a podzemních vod v oblasti podnikové ekologie v ČEPRO, a.s., 2023 - 2026
číslo evid. z VVZ / druh:	Z2022-044417 / nadlimitní zakázka v otevřeném řízení
č.zakázky zadavatele:	258/22/OCN

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 14. 11. 2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.

Dotaz č. 1:

V ZD je rozpor mezi rozsahem analýz uvedených v Příloze ZD č. 4 (Seznam míst plnění Monitoring vod 2023-2026) a Přílohou č. 5 (Položkový rozpočet Monitoring vod 2023-2026). V příloze ZD č. 5 položkový rozpočet není položka pro analýzu PAU, které je požadována v příloze ZD č. 4 u 67 odběrů ročně. Naopak v příloze ZD č. 5 jsou uvedeny položky analýz, které nejsou uvedeny v plánu vzorkování (v příloze ZD č. 4). Opraví nebo vysvětlí zadavatel tento rozpor?

Odpověď zadavatele 1:

Zadavatel dává tazateli za pravdu. Zadavatel doplnil položku pro analýzu PAU do přílohy č. 5 Položkový rozpočet Monitoring vod 2023-2026 – **přílohou tohoto vysvětlení tak je aktualizovaná Příloha č. 5 ZD.**

Položky analýz uvedené v Příloze č. 5 Položkový rozpočet Monitoring vod 2023-2026, které nejsou uvedeny v plánu vzorkování – Příloze č. 4 Seznam míst plnění Monitoring vod 2023-2026, zadavatel uvádí pro případ potřeby tyto analýzy zajistit, jak pro svoje potřeby, tak případných požadavků orgánů státní správy.

Dotaz č. 2:

V ZD nejsou uvedeny konkrétní specifikace analýz jednotlivých parametrů, např. u položky „laboratorní stanovení-pesticidy“ v příloze ZD č. 5 (položkový rozpočet Monitoring vod 2023-2026), není popsán rozsah tohoto stanovení (uvedení dílčích analytů). Může zadavatel uvést konkrétní požadavek na rozsah stanovení pesticidů?

Odpověď zadavatele 2:

Zadavatel uvádí rozsah stanovení pesticidů ve „Vysvětlení (doplnění) zadávací dokumentace č. 1“ z 11. 11. 2022

Dotaz č. 3:

V ZD je rozpor mezi obsahem Přílohy ZD č. 4 (Seznam míst plnění Monitoring vod 2023-2026) a Přílohou ZD č. 5 (položkový rozpočet Monitoring vod 2023-2026). V příloze ZD č. 5 položkový rozpočet je uveden distribuční sklad (DS) Plešovec (celkem 18 DS). V příloze ZD č. 4 je uvedeno 17 DS a DS Plešovec zde uveden vůbec není. Opraví nebo vysvětlí zadavatel tento rozpor?

Odpověď zadavatele 3:

Zadavatel dává tazateli za pravdu a upravuje přílohu č. 5 Položkový rozpočet Monitoring vod 2023-2026 – DS Plešovec **není** požadovanou naceňovanou lokalitou.

Zadavatel vzhledem k odpovědi 1 a 3 mění a nahrává na profil zadavatele aktualizovanou Přílohu č. 5 ZD Položkový rozpočet Monitoring vod 2023-2026.

Zadavatel vzhledem k provedeným změnám nemění termín pro podání nabídek.

V Praze

Za zadavatele

Ing. David Ihring

Vedoucí centrálního nákupu