

| Název dokumentu | DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Č. 3 |
|------------------------|--|
| Zadavatel | ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická č. p. 213, č.or.12, PSČ 170 04 IČ: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 |
| Název VZ | Instalace hladinoměrů obj. 230 Bělčice a rekonstrukce měření obj. 621 Hněvice |
| Evid. č. VZ | ----- |
| Evid. č. VZ zadavatele | 196/13/OCN |

Uveřejněno na profilu zadavatele na www.softender.cz dne 31.10.2013 pod číslem P13V00000196.

Zadavatel doplňuje k výše uvedenému výběrovému řízení následující informace:

Dotaz:

Není zřejmé, zda a která měřidla mají být metrologicky ověřena jako "pracovní měřidla stanovená" podle zákona 505/1990 Sb. v platném znění.

Odpověď:

Jedná se ve všech případech zadání o hladinoměry ve vlastnictví zadavatele a nově dodávané 4 ks teploměrů do objektu 621 Hněvice, kde se nacházejí celkem 4 ks nádrží 420 m³.

U 1 ks snímače teploty a hladinoměru na nádrži 50 m³ tohoto objektu je vyžadována pouze prvotní kalibrace výrobce, s tou podmínkou, že měřidlo teploty a hladiny má platné schválení typu podle výše citovaného zákona a vyhlášek souvisejících.

V Praze dne: 15.11.2013

Pavel Ševčík
Odbor centrálního nákupu ČEPRO, a.s.
tel: 221968247, 739240286